



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kraków, dnia 4.09.2026 r.

Znak postępowania: MAK VIII/2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 4.09.2026 R.

Poniżej Zamawiający publikuje treść pytań oraz odpowiedzi, które wpłynęły do zapytania ofertowego nad dostawę 2 krzeseł ewakuacyjnych (z funkcją poruszania się zarówno w górę, jak i dół schodów) oraz 2 materaców do ewakuacji.

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego maksymalne obciążenie wynosi: 200kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, którego maksymalne obciążenie wynosi 200 kg. Produkt musi spełniać wymagania opisane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, tj. maksymalne obciążenie 210 kg.